



腦室外引流管留置護理指導

2005.11 制定
2024.07 修訂

一、目的：

將腦室內腦脊髓液引流出來，以降低顱內壓力，維持正常腦壓。

二、注意事項：

- (一)為維持正確的引流壓力，請勿任意調整床頭及引流管的高度，以避免腦脊髓液過度引流或回流。
- (二)每次移動病人前後，請通知醫護人員檢查並調整引流系統的開關及高度。
- (三)請保持引流管管路的通暢，避免扭曲、壓迫，不可任意開關引流管的接頭及管夾。
- (四)為避免感染，應保持頭部傷口及引流管周圍皮膚的清潔與乾燥，頭部下方需鋪放無菌治療巾，並且每日更換；頭部周圍勿放置雜物，以防感染，若有滲血或滲液時，請通知醫護人員。
- (五)整個引流系統應保持密閉狀態，若有管路鬆脫或收集袋破損的情形，請立即通知醫護人員。
- (六)當引流滴注管腔容量達 50 cc，或引流收集袋內的容量達 500 cc 時，請通知醫護人員。
- (七)請隨時注意引流液的量與顏色，若引流液量突然增加或變成鮮紅色時，請立刻通知醫護人員。
- (八)引流管留置期間，不可下床活動，請定時協助病人翻身及肢體運動，以保持正常身體活動功能。

出院後請依照醫師指示按時返診追蹤，若有問題請隨時提出，護理人員非常樂意為您服務；出院後如有任何疑問，可利用馬偕紀念醫院健康諮詢專線：台北/淡水馬偕/兒醫(02)25713760，新竹馬偕/兒醫(03)5745098、台東馬偕(089)310150 轉 311。諮詢時間：週一至週五上午 9:00~12:00，下午 2:00~5:00。

祝您 平安健康